

「据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 一式」の購入
 一般競争入札に関する質問回答

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|--------|---|--|
| 1-7-33 | <p>メインモニタ保護</p> <p>「大型モニタの画面を保護するための機能（パネル、強化硝子等）を備えること。また、接触緩衝クッション材等で接触防護対策を講じること。詳細については、当院担当者と協議すること。」</p> <p>質問：弊社の大型モニタは強化ガラスコーティングされており接触防護対策されております。臨床画像の視認性を損なう可能性もありますが、追加のパネル等必要でしょうか。</p> | <p>画面を保護するための機能としては問題ありません。追加パネルは不要です。接触緩衝クッション材等は仕様書記載のとおりです。</p> |
| 2-3-20 | <p>回転撮影</p> <p>「ア 回転DA/DSA 撮影機能を有し、全自動で3D再構成が可能であること。」</p> <p>質問：3D回転撮影はDAのみです。ワークステーション上で2つの3Dデータを使用してサブトラクションすることは可能です。こちらの認識で問題ないでしょうか。</p> | <p>問題ありません。</p> |
| 2-3-25 | <p>回転撮影速度</p> <p>「回転DA/DSA撮影及びコンビームCT撮影は、装置の最速スピードでの収集を可能とすること。」</p> <p>質問：3D回転撮影はDAのみです。ワークステーション上で2つの3Dデータを使用してサブトラクションすることは可能です。こちらの認識で問題ないでしょうか。</p> | <p>問題ありません。</p> |